

Tabelle 1: Messwerte der Si₃N₄-Proben für die Dichtebestimmung und den Dilatometerversuch

	Si₃N₄-Probe (Dichtebestimmung)	Si₃N₄-Probe (Dilatometer)
<i>m_K</i> [g]	3,9189	4,0
<i>h</i> [cm]	1,36	1,37
<i>d</i> [cm]	1,51	1,52
<i>m_{KL}</i> [g]	4,0278	-
<i>m_{KLF}</i> [g]	1,5534	-